



АНО ДПО «ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ»

ВЕБИНАР

**«Дайджест изменений законодательства в области обеспечения единства измерений.
Аккредитация, подтверждение компетентности метрологических и испытательных
лабораторий - 2025 г.»**

17-18 декабря 2024 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

ВЕДУЩИЕ



ЯНПОЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ

(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АНО ДПО «ИССИМ»)



ГАЛИМОВА ЕКТЕРИНА



ТОКАРЕВА ОЛЬГА

issim@issim.ru



<https://t.me/issimkrasnodar>

тел. 8(861) 218-53-95; 268-54-74; 268-16-85

г. Краснодар

2024 г.

АНО ДПО «ИССиМ» предлагает обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям:

- *Обеспечение единства измерений*
- *Стандартизация*
- *Сертификация*
- *Экологическая безопасность*
- *Энергосбережение*
- *Система менеджмента качества*
- *Промышленная и производственная безопасность*
- *Гражданская оборона и ЧС*
- *Медицина и фармация*
- *ЖКХ*
- *Юриспруденция*
- *Экономика, менеджмент*
- *Автоматизация и информатизация*
- *Нефтегазовое дело*
- *Государственное и муниципальное управление*
- *Маркетинг*
- *Продажи*
- *Педагогика, психология и социология*

Профессиональная переподготовка с выдачей диплома от 6500 руб,

Повышение квалификации с выдачей удостоверения от 2500 руб,

[*ПРАЙС ЛИСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2025 ГОД*](#)



Возможна разработка индивидуального графика обучения и организация выезда преподавательского состава на место заказчика.

Бланки выдаваемых документов защищены водяными знаками, индивидуальными регистрационными номерами и заносятся в Федеральный реестр документов об образовании.

Запись вебинара:



<https://disk.yandex.ru/i/6LeoGg7Z1IPrag>

<https://disk.yandex.ru/d/mkuElBAMnjFIGw>

<https://disk.yandex.ru/d/l37VkbroyAoaw>

<https://disk.360.yandex.ru/i/aLe2Z1-13sv8Mw>

<https://disk.360.yandex.ru/i/wuF6AQ8-WiNgiw>

ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
АККРЕДИТАЦИИ.

Приказ МЭР РФ от 17.10.2024 № 649

«Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление действия аккредитации».

Вступил в действие 30.11.2024

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

1. Несоблюдение заявителем установленных законодательством Российской Федерации требований:

к работникам согласно абзацам первому - четвертому подпункта 4.1, абзацам первому и второму подпункта 4.2 и подпункту 4.4 пункта 4, подпунктам 5.1 - 5.3 пункта 5, подпунктам 9.2 и 9.3 пункта 9, **абзацам первому - шестому подпункта 24.1, абзацам первому и второму подпункта 24.2, подпунктам 24.3, 24.7.1, 24.7.2.1, 24.7.2.2 и 24.8 пункта 24,** абзацам первому - четвертому подпункта 29.1, абзацам первому и второму подпункта 29.2 и подпункту 29.3 пункта 29, подпунктам 34.1 и 34.3 пункта 34, абзацам первому - четвертому пункта 41, пунктам 41(1) и 42, подпунктам "а" и "е" пункта 55 критериев аккредитации и перечня документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. N 707 (**в случае если несоблюдение заявителем указанных в настоящем абзаце требований к работникам не относится к отдельным частям области аккредитации и не устранено сокращением области аккредитации в соответствии с пунктом 43 Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. N 2050 "**, **а также при отсутствии иных работников, соответствующих указанным в настоящем абзаце требованиям, в части области аккредитации, по которой установлены несоответствия**);

к руководителю, его заместителю согласно абзацу третьему подпункта 4.2 пункта 4, **абзацу третьему подпункта 24.2 и подпункту 24.7.2.3 пункта 24,** абзацу третьему подпункта 29.2 пункта 29, подпункту 34.2 пункта 34 Критериев аккредитации.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

24.1. наличие у работников (работника) лаборатории, непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц:

высшего образования, либо среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему области аккредитации, либо ученой степени по специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области аккредитации;

опыта работы по исследованиям (испытаниям), измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц:

для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в целях обязательного подтверждения (оценки) соответствия, - не менее двух лет;

для лабораторий, выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлены требования о наличии аккредитации в национальной системе аккредитации, - не менее одного года;

допуска к работам по проведению исследований (испытаний) и измерений, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну (при необходимости).

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

24.2. Работниками лаборатории, непосредственно выполняющими работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, состоящими в штате по основному месту работы, должно обеспечиваться проведение исследований (испытаний) и измерений по не менее чем половине включенных в область аккредитации международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, включенных в перечни международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований принятых технических регламентов и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

Работник (работники) лаборатории, непосредственно выполняющий (выполняющие) работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, может (могут) работать по трудовому договору в составе только одной лаборатории.

24.3. Наличие у работников, участвующих в выполнении работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, навыков и профессиональных знаний, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

24.7. Дополнительные требования к лабораториям по сферам деятельности (в зависимости от степени риска причинения вреда ввиду ненадлежащего выполнения работ):

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

2. Несоблюдение заявителем требований к помещениям, оборудованию, техническим средствам и иным материальным ресурсам заявителя, в том числе по наличию по месту (местам) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации (местам осуществления временных работ) помещений, оборудования, средств измерений, стандартных образцов, эталонов единиц величин, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, технических средств и иных материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ в соответствии с заявленной областью аккредитации, согласно абзацу первому подпункта 4.5 пункта 4, **абзацам первому - четвертому и шестому подпункта 24.4 пункта 24**, абзацам первому - третьему подпункта 29.5 пункта 29, подпункту 34.4 пункта 34, абзацам первому - третьему пункта 43 и пункту 44 Критериев аккредитации (в случае если несоблюдение заявителем указанных в настоящем абзаце требований к помещениям, оборудованию, техническим средствам и иным материальным ресурсам не относится к отдельным частям области аккредитации и не устранено сокращением области аккредитации в соответствии с пунктом 43 Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, а также при отсутствии иных помещений, оборудования, технических средств и материальных ресурсов, соответствующих указанным в настоящем абзаце требованиям, необходимых для выполнения работ по части заявленной области аккредитации, по которой установлены несоответствия).

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

24.4. Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений, испытательного и вспомогательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц.

Право владения и пользования помещениями, испытательным оборудованием, средствами измерений, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, не может быть приобретено на срок менее одного года, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта и подпунктом 24.7.2.4 настоящих критериев аккредитации.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

Для государственных и муниципальных учреждений допускается наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации помещений, испытательного и вспомогательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, на ином законном основании, предусматривающем право пользования.

При проведении работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с нормативными правовыми актами, документами по стандартизации, правилами и методами исследований (испытаний) и измерений, в том числе правилами отбора образцов (проб), и иными документами, указанными в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц допускается использовать оборудование, не имеющее широкого распространения и требующее регулярного обслуживания (уникальное оборудование), которое находится по месту его применения и используется на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право пользования.

Помещения для проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям по производственной площади, характеру и объему выполняемых работ должны соответствовать требованиям документов по исследованиям (испытаниям) и измерениям, инструкциям по эксплуатации оборудования (при наличии таких требований).

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

3. Несоблюдение заявителем требований нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам), в том числе правил отбора образцов (проб), документов, устанавливающих требования к подтверждению соответствия и объектам подтверждения соответствия, документов, устанавливающих требования к проведению инспекций, документов, устанавливающих требования к работам (услугам) в области обеспечения единства измерений, и иных документов в соответствии с областью аккредитации согласно подпункту 4.6 пункта 4, пунктам 6 - 8, подпункту 9.1 пункта 9, подпункту 10.1 пункта 10, пунктам 12 - 16, 18, **подпунктам 23.1, 23.2 и 23.4 пункта 23, подпункту 24.5 пункта 24, пунктам 25, 27(2), подпункту 28.2 пункта 28, подпункту 29.4 пункта 29, пунктам 32, 33, подпункту 34.5 пункта 34, пункту 40** Критериев аккредитации (в случае если несоблюдение заявителем данных требований связано с несоблюдением требований системы менеджмента качества, не относится к отдельным частям области аккредитации и не устранено путем сокращения области аккредитации в соответствии с пунктом 43 Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации).

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

23.1. Р 50.1.108-2016 "Политика ИЛАК по прослеживаемости результатов измерений", утвержденные и введенные в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2016 г. N 1387-ст "Об утверждении рекомендаций по стандартизации Российской Федерации" .

23.2. Р 50.1.109-2016 "Политика ИЛАК в отношении неопределенности при калибровках", утвержденные и введенные в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2016 г. N 1388-ст "Об утверждении рекомендаций по стандартизации Российской Федерации"

23.4.Р 1323565.1.038-2021 "Оценка соответствия. Политика ИЛАС в отношении участия в деятельности по проверке квалификации", утвержденные и введенные в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2021 г. N 1429-ст "Об утверждении рекомендаций по стандартизации«.

24.5.Наличие у лаборатории нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение лабораторией требований данных документов.

25.Лаборатории, проводящие проверку выполнения требований к единичным транспортным средствам и проверку выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию при проведении технической экспертизы, испытаний и измерений должны выполнять требования, установленные пунктами 3.1 - 3.3 ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия", введенный в действие приказом Росстандарта от 22 июня 2016 г. N 664-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

4. Несоблюдение заявителем требований Критериев аккредитации в отношении:

а) правил резервного копирования и восстановления документов;

б) правил хранения и архивирования документов, предусматривающих хранение архива документов по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;

в) правил систематизации и ведения архива документов, в том числе условий передачи документов в архив, условий выдачи документов из архива, сроков хранения в архиве документов (групп документов), правил регистрации документов, поступающих в архив, условий хранения документов.

(установлено п. 24.6 КА).

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

5.Отсутствие у заявителей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений в сфере государственного регулирования:

а)трех документов (проектов документов), устанавливающих соответствие (несоответствие) методик измерений в заявленной области аккредитации установленным метрологическим требованиям, с приложением результатов экспериментальных и теоретических исследований (отчетов об аттестации) согласно пункту 49 Критериев аккредитации;

б)трех заключений (проектов заключений), подготовленных по результатам метрологической экспертизы, согласно пункту 54 Критериев аккредитации;

в)по месту (местам) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации подтверждений внедрения, и (или) соблюдения отдельных элементов системы менеджмента качества, и (или) осуществления запланированных мероприятий согласно подпунктам 46.8, 46.10 и 46.14 - 46.19 пункта 46, пунктам 48, 50 - 53, подпунктам "б" - "д" и "ж" пункта 55 Критериев аккредитации (в случае если несоблюдение заявителем данных требований не относится к отдельным частям области аккредитации и не устранено путем сокращения области аккредитации в соответствии с пунктом 43 Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации).

6.Отсутствие у заявителя - испытательной лаборатории (центра), выполняющей работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработке, производству, испытанию, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов и разрешения на хранение оружия согласно подпункту 24.7.3 пункта 24 Критериев аккредитации.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ КРИТЕРИЯМ АККРЕДИТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В АККРЕДИТАЦИИ

7.Отсутствие отдельных требований и (или) подтверждения соблюдения в деятельности заявителя по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации национальных стандартов Российской Федерации и документов международных организаций в области аккредитации в целях обеспечения ими соответствия Критериям аккредитации (в случае если несоблюдение заявителем данных требований не относится к отдельным частям области аккредитации и не устранено путем сокращения области аккредитации в соответствии с пунктом 43 Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации), а именно:

подпункта 6.2.3 пункта 6.2, пункта 6.3, подпунктов 6.4.1 - 6.4.7, 6.4.9, 6.4.11 - 6.4.13 пункта 6.4 и пункта 6.5 раздела 6, подпунктов 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.5 - 7.2.1.7, 7.2.2 пункта 7.2 и пунктов 7.3 - 7.7 раздела 7, подпункта 8.4.2 пункта 8.4 раздела 8 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", введенного в действие приказом Росстандарта от 15 июля 2019 г. N 385-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ, ВЛЕКУЩИХ ЗА СОБОЙ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

1. Несоблюдение аккредитованным лицом установленных законодательством Российской Федерации требований:

к работникам согласно подпункту 4.1, абзацам первому и второму подпункта 4.2, подпунктам 4.3 и 4.4 пункта 4, подпунктам 5.1 - 5.3 пункта 5, подпунктам 9.2 и 9.3 пункта 9, **подпункту 24.1, абзацам первому и второму подпункта 24.2, подпунктам 24.3, 24.7.1, 24.7.2.1, 24.7.2.2 и 24.8 пункта 24,** подпункту 29.1, абзацам первому и второму подпункта 29.2 и подпункту 29.3 пункта 29, подпунктам 34.1 и 34.3 пункта 34, пунктам 41, 42, подпунктам "а" и "е" пункта 55 критериев аккредитации и перечня документов и сведений, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. N 707 <1> (зарегистрирован Минюстом России 16 ноября 2020 г., регистрационный N 60907), с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 30 декабря 2020 г. N 877 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62281), от 29 октября 2021 г. N 657 (зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2021 г., регистрационный N 66068) и от 23 января 2023 г. N 24 (зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2023 г., регистрационный N 72626) (далее - Критерии аккредитации) (при отсутствии иных работников, соответствующих указанным в настоящем абзаце требованиям, по части утвержденной области аккредитации <2>, по которой установлены несоответствия);

к руководителю, его заместителю согласно абзацу третьему подпункта 4.2 пункта 4, **абзацу третьему подпункта 24.2 и подпункту 24.7.2.3 пункта 24,** абзацу третьему подпункта 29.2 пункта 29, подпункту 34.2 пункта 34 Критериев аккредитации.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ, ВЛЕКУЩИХ ЗА СОБОЙ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

2. Несоблюдение аккредитованным лицом требований к помещениям, оборудованию, техническим средствам и иным материальным ресурсам аккредитованного лица, в том числе по наличию по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации (местам осуществления временных работ) помещений, оборудования, средств измерений, стандартных образцов, эталонов единиц величин, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, технических средств и иных материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ в соответствии с областью аккредитации, согласно подпункту 4.5 пункта 4, **подпункту 24.4 пункта 24**, подпункту 29.5 пункта 29, подпункту 34.4 пункта 34, пунктам 43 и 44 Критериев аккредитации *(при отсутствии иных оборудования, технических средств и материальных ресурсов, соответствующих указанным в настоящем абзаце требованиям, необходимых для выполнения работ по части утвержденной области аккредитации, по которой установлены несоответствия)*.

3. Несоблюдение аккредитованным лицом требований нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам), в том числе правил отбора образцов (проб), документов, устанавливающих требования к подтверждению соответствия и объектам подтверждения соответствия, документов, устанавливающих требования к проведению инспекций, документов, устанавливающих требования к работам (услугам) в области обеспечения единства измерений, и иных документов в соответствии с областью аккредитации согласно подпункту 4.6 пункта 4, пунктам 6 - 8, подпункту 9.1 пункта 9, подпункту 10.1 пункта 10, пунктам 12 - 16, 18, **подпунктам 23.1, 23.2 и 23.4 пункта 23, подпункту 24.5 пункта 24, пунктам 25, 27(2)**, подпункту 28.2 пункта 28, подпункту 29.4 пункта 29, пунктам 32, 33, подпункту 34.5 пункта 34, пункту 40 Критериев аккредитации.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ, ВЛЕКУЩИХ ЗА СОБОЙ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

4. Несоблюдение аккредитованным лицом требований Критериев аккредитации в отношении:

а) правил резервного копирования и восстановления документов;

б) правил хранения и архивирования документов, предусматривающих хранение архива документов по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью;

в) правил систематизации и ведения архива документов, в том числе условий передачи документов в архив, условий выдачи документов из архива, сроков хранения в архиве документов (групп документов), правил регистрации документов, поступающих в архив, условий хранения документов.

5. Отсутствие у аккредитованных лиц - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений в сфере государственного регулирования:

а) трех документов (проектов документов), устанавливающих соответствие (несоответствие) методик измерений в заявленной области аккредитации установленным метрологическим требованиям, с приложением результатов экспериментальных и теоретических исследований (отчетов об аттестации) согласно пункту 49 Критериев аккредитации;

б) трех заключений (проектов заключений), подготовленных по результатам метрологической экспертизы, согласно пункту 54 Критериев аккредитации;

в) по месту (местам) осуществления деятельности в заявленной области аккредитации подтверждений внедрения, и (или) соблюдения отдельных элементов системы менеджмента качества, и (или) осуществления запланированных мероприятий согласно подпунктам 46.8, 46.10 и 46.14 - 46.19 пункта 46, пунктам 48, 50 - 53, подпунктам "б" - "д" и "ж" пункта 55 Критериев аккредитации.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ, ВЛЕКУЩИХ ЗА СОБОЙ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

6. Отсутствие у испытательной лаборатории (центра), выполняющей работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям гражданского и служебного оружия и патронов к нему, лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработке, производству, испытанию, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов и разрешения на хранение оружия согласно подпункту 24.7.3 пункта 24 Критериев аккредитации.

7. Отсутствие отдельных требований и (или) подтверждения соблюдения в деятельности аккредитованного лица по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации национальных стандартов Российской Федерации и документов международных организаций в области аккредитации в целях обеспечения ими соответствия Критериям аккредитации, а именно:

подпункта 6.2.3 пункта 6.2, пункта 6.3, подпунктов 6.4.1 - 6.4.7, 6.4.9, 6.4.11 - 6.4.13 пункта 6.4 и пункта 6.5 раздела 6, подпунктов 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.5 - 7.2.1.7, 7.2.2 пункта 7.2 и пунктов 7.3 - 7.7 раздела 7, подпункта 8.4.2 пункта 8.4 и пунктов 8.7 - 8.9 раздела 8 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", введенного в действие приказом Росстандарта от 15 июля 2019 г. N 385-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта».

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ АККРЕДИТОВАННОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ, ВЛЕКУЩИХ ЗА СОБОЙ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

10. Осуществление аккредитованным лицом деятельности в области аккредитации за пределами места (мест) осуществления деятельности в области аккредитации, указанного (указанных) в реестре аккредитованных лиц, за исключением предусмотренных Критериями аккредитации случаев выполнения работ по месту осуществления временных работ, а также осуществление аккредитованным лицом деятельности вне области аккредитации, указанной в реестре аккредитованных лиц.

11. Неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2, 3.1 и 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".

12. Использование аккредитованным лицом знака национальной системы аккредитации с нарушением установленного порядка и политики его использования в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Федерального закона N 412-ФЗ.

Статья 13. Права и обязанности аккредитованных лиц

1. Аккредитованные лица обязаны:

1) соблюдать критерии аккредитации при осуществлении своей деятельности;

1.1) рассматривать жалобы и обращения, относящиеся к их деятельности (в том числе поступившие в национальный орган по аккредитации и направленные им для рассмотрения аккредитованному лицу), и давать ответы на них в течение десяти рабочих дней со дня их поступления;

1.2) предоставлять по запросам национального органа по аккредитации документы и сведения в электронной форме, включая электронные документы и (или) электронные образы документов, которые свидетельствуют о компетентности аккредитованных лиц и об их соответствии критериям аккредитации (с учетом требований законодательства Российской Федерации к предоставлению сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа), в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения запроса;

2) своевременно представлять на безвозмездной основе в национальный орган по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации документы и сведения о своей деятельности, в том числе об изменениях состава своих работников и их компетентности, изменениях технической оснащенности, состав, порядок и сроки представления которых установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации (за пользование федеральной государственной информационной системой в области аккредитации плата не взимается, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 25 настоящего Федерального закона);

Статья 13. Права и обязанности аккредитованных лиц

3.1) уведомлять национальный орган по аккредитации об аккредитации, о приостановлении или прекращении аккредитации в ином органе по аккредитации, в том числе органе по аккредитации иностранного государства, в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня аккредитации, приостановления или прекращения аккредитации указанным органом, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

4) уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым доступным способом лиц, с которыми у них в течение года, предшествующего принятию соответствующего решения национального органа по аккредитации, были заключены договоры на выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации.

Политики в отношении участия лабораторий и органов инспекции в проверках квалификации и в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, отличных от проверок квалификации

СМ № 03.1-1.0008 ПОЛИТИКА Росаккредитации в отношении участия лабораторий и органов инспекции в проверках квалификации и в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, отличных от проверок квалификации . *(вступает в силу 01.01.2025, с правом досрочного применения).*

Р 1323565.1.038-2021 "Оценка соответствия. Политика ILAC в отношении участия в деятельности по проверке квалификации", утвержденные и введенные в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2021 г. N 1429-ст "Об утверждении рекомендаций по стандартизации».

СМ № 04.1-1.0019 РУКОВОДСТВО по аккредитации испытательных лабораторий по вопросу соблюдения требований пункта 21 Критериев аккредитации в части соблюдения пункта 7.7.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

СМ № 04.1-9.0014 ПОЛИТИКА использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации

Приказ Минэкономразвития России от 30 июля 2020 г. № 473 «Об установлении изображений знака национальной системы аккредитации, в том числе в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации, и порядка их применения».

Знак НСА допускается совместно использовать только с названием юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, аккредитованного в национальной системе аккредитации.

В случае использования знака НСА в своей деятельности аккредитованное лицо должно вести электронную базу примеров использования знака НСА, включая образцы документов и изображений страниц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и предоставлять ее при проведении процедуры подтверждения компетентности, а также по запросам Росаккредитации.

Аккредитованное лицо должно вести учет использования знака НСА в своей деятельности, в том числе учет выдаваемых документов, содержащих результаты работ по оценке соответствия, в которых применяется знак НСА.

Аккредитованные лица имеют право использовать изображение знака НСА только в комбинации с собственным логотипом.

СМ № 04.1-9.0014 ПОЛИТИКА использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации

В качестве образца знака НСА аккредитованное лицо должно использовать электронное изображение, доступное для скачивания на официальном сайте Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которое в том числе содержит пиктограмму в соответствии с приложением 1 к настоящей политике, указывающую на область деятельности аккредитованного лица.

Аккредитованное лицо добавляет к изображению знака НСА изображение собственного логотипа (соразмерно элементам знака НСА) и вносит в соответствующие поля свой уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Также при использовании знака НСА на выдаваемых сертификатах аккредитованные органы по сертификации систем менеджмента указывают стандарты, устанавливающие требования к объектам подтверждения соответствия, путем добавления соответствующей пиктограммы в соответствии с приложением № 1 к настоящей политике.

Не допускается разработка и использование иных пиктограмм аккредитованными органами по сертификации систем менеджмента.

СМ № 04.1-9.0014 ПОЛИТИКА использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации

Аккредитованные лица в соответствии с частью 2.1 статьи 13 Федерального закона № 412-ФЗ имеют право с разрешения национального органа по аккредитации применять изображение знака национальной системы аккредитации в комбинации со знаками международных организаций по аккредитации.

К заявителю, претендующему на использование комбинированного знака, предъявляются следующие требования:

- а) наличие на момент подачи заявления не менее одной завершенной процедуры подтверждения компетентности;
- б) отсутствие в деятельности аккредитованного лица в течение предшествующего года нарушений, повлекших приостановление действия аккредитации в отношении всей области;
- в) размещение на сайте аккредитованного лица на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии) перевода на английский язык актуальной области аккредитации, общей информации глобальной Договоренности о взаимном признании ILAC MRA, а также актуальных сведений об аккредитованном лице, размещенных в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии).

СМ № 04.1-9.0014 ПОЛИТИКА использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации

Аккредитованное лицо, использующее комбинированный знак, должно поддерживать актуальность следующей информации на своем сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии):

- а) перевода на английский язык актуальной области аккредитации;
- б) общей информации о глобальной Договоренности о взаимном признании ILAC MRA;
- в) актуальных сведений об аккредитованном лице, размещенных в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

В июне и декабре каждого года аккредитованное лицо, использующее комбинированный знак, должно направлять в Росаккредитацию в соответствии с пунктом 4.21 настоящей политики, официальное письмо, подписанное руководителем юридического лица или лицом, которое в силу федерального закона или учредительных документов аккредитованного лица выступает от его имени, либо индивидуальным предпринимателем, вместе с отчетом о количестве документов, содержащих результаты работ по оценке соответствия (обеспечению единства измерений), на которых использован комбинированный знак за отчетный период, согласно установленной форме (форма отчета об использовании комбинированного знака ILAC MRA – приложение 3 к настоящей политике).

Установлены следующие отчетные периоды:

- а) декабрь – май (отчет направляется в июне);
- б) июнь – ноябрь (отчет направляется в декабре);

Документы системы менеджмента Росаккредитации

Утверждены новые редакции руководств по проведению оценки соответствия аккредитованных лиц критериям аккредитации:

Документ СМ № 03.1-1.0011 для органов по сертификации систем менеджмента (вер. 02.2 от 06 ноября 2024 г., вступил в силу 20 ноября 2024 г.);

Документ СМ № 03.1-1.0017 для калибровочных лабораторий (вер. 01.2 от 18 ноября 2024 г., вступил в силу 2 декабря 2024 г.);

Документ СМ № 03.1-1.0018 для испытательных лабораторий (центров) (вер. 01.2 от 5 ноября 2024 г., вступил в силу 19 ноября 2024 г.);

Документ СМ № 03.1-1.0019 для провайдеров межлабораторных сличительных испытаний (вер. 01.3 от 5 ноября 2024 г., вступил в силу 19 ноября 2024 г.);

Документ СМ № 03.1-1.0020 для органов по валидации и верификации парниковых газов (вер. 01.3 от 6 ноября 2024 г., вступил в силу 20 ноября 2024 г.);

Документ СМ № 03.2-1.0001 для органов инспекции (вер. 01.2 от 5 ноября 2024 г., вступил в силу 19 ноября 2024 г.);

Документ СМ № 03.3-1.0001 для органов по сертификации продукции (вер. 01.2 от 6 ноября 2024 г., вступил в силу 20 ноября 2024 г.).

**Документ СМ № 03.1-1.0018 для испытательных лабораторий (центров)
(вер. 01.2 от 5 ноября 2024 г., вступил в силу 19 ноября 2024 г.);**

ILAC G8:09/2019;

ILAC G17:01/2021;

ILAC G18:01/2024;

ILAC G24:2022;

ILAC P9:01/2024;

ILAC P10:07/2020;

ILAC P14:09/2020.

ILAC R7:05/2015;



Дайджест изменений в области обеспечения единства измерений и национальной системы аккредитации

Нормативная база

▶ Нормативные правовые акты ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Утверждаются Правительством,
Министерствами по направлению

Регистрируются в Министерстве
юстиции

Вступают в силу:

- В течение 10 рабочих дней после регистрации
- Дата вступления в силу указана в самом нормативном правовом акте.

▶ Нормативные технические документы ДОБРОВОЛЬНЫЕ

Документы по стандартизации

Разрабатываются по инициативе или
по Плану стандартизации

Вступают в силу:

- в течение не менее 6 месяцев.
- дата вступления в силу указана в приказе об утверждении.

Изменение Федерального закон от 26.06.2008 №102-ФЗ Вступают в силу 01.03.2025 г.

► БЫЛО

Часть 2 ст.1

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и

► СТАЛО

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при выполнении **юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями**

Изменение Федерального закон от 26.06.2008 №102-ФЗ Вступают в силу 01.03.2025 г.

► БЫЛО

Часть 3 ст.1

8) Выполнение государственных учетных операция и учете количества энергетических ресурсов;

13) Проведение банковский, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля;

14) Выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

► СТАЛО

8) учете количества энергетических ресурсов;

13) Проведение налоговых, таможенных операций и таможенного контроля

14) Исключен

20) Производстве, использовании и обращении драгоценных металлов, добыче, использовании и обращении драгоценных камней.

Изменение Федерального закон от 26.06.2008 №102-ФЗ Вступают в силу 01.03.2025 г.

► БЫЛО

П.12 ст.2

метрологическая служба - юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация федерального органа исполнительной власти, его подразделение или должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о метрологической службе

► СТАЛО

метрологическая служба - юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация федерального органа исполнительной власти, его подразделение или должностное лицо, **организующие и (или)** выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о метрологической службе

Изменение Федерального закон от 26.06.2008 №102-ФЗ Вступают в силу 01.03.2025 г.

► БЫЛО

ПР 50-732-93 «Государственная система обеспечения единства измерений. Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц»

Действовал с 01.01.1994 г.

До 01.10.2023 г.

Заменен на

Р 1323565.1.045-2023

► СТАЛО

Р 1323565.1.045-2023 «ГСИ. Типовое положение о метрологической службе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Р 1323565.1.045-2023

1.1 Настоящие рекомендации распространяются на метрологические службы юридических лиц (объединений юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, и устанавливают **рекомендуемое содержание** типового положения о метрологической службе.

5.9 Структура и штаты метрологической службы юридического лица определяют исходя из объемов работ, с учетом требований профессионального стандарта (**Профессиональный стандарт 40.012 «Специалист по метрологии» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.04.2022 г. №229н)**) и того, что работы по обеспечению единства измерений относятся к основным вида деятельности, а подразделения метрологической службы - к основным производственным, научно-исследовательским, конструкторским или технологическим подразделениям.

Приказ Минэкономразвития от 26.10.2020 №707

46.3. требования к внутренней организации деятельности структурного подразделения юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в области аккредитации, предусматривающие:

- а) **права и обязанности работников**, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, **при взаимодействии с исполнительным органом юридического лица и (или) индивидуальным предпринимателем, иными структурными подразделениями юридического лица (их работниками) в целях исключения конфликта интересов;**
- б) наличие документов, подписанных работниками и определяющих **функциональные обязанности** персонала, выполняющего работы (оказывающего услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации, включая **распределение прав, обязанностей, ответственности** между сотрудниками;

Изменение Федерального закон от 26.06.2008 №102-ФЗ Вступают в силу 01.03.2025 г.

▶ СТАЛО

▶ БЫЛО

Часть 2 ст. 5

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Состав сведений об аттестованных методиках (методах) измерений и порядок передачи указанных сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений определяются в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона.

(Отсыла к Приказу Минпромторга №2906)

Изменение Федерального закон от 26.06.2008 №102-ФЗ Вступают в силу 01.03.2025 г.

Дополнение статьи 9 частью 1.1.

1.1. Средства измерений, применяемые для измерений **при контроле условий эксплуатации**, подлежат поверке в случае, если результаты измерений при контроле условий эксплуатации используются для внесения поправок в результаты измерений. При выполнении работ и (или) оказании услуг по обеспечению единства измерений за пределами Российской Федерации допускается применение средств измерений, принадлежащих иностранным организациям и прослеживаемых к государственным первичным эталонам единиц величин или национальным эталонам единиц величин иностранных государств, прошедшим сличения с государственными первичными эталонами единиц величин.

Изменение Федерального закон от 26.06.2008 №102-ФЗ Вступают в силу 01.03.2025 г.

► БЫЛО

Часть 1 ст. 13

1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

► СТАЛО

1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, **до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, а также после ремонта - периодической поверке.** Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

Изменение Федерального закон от 26.06.2008 №102-ФЗ

Вступают в силу 01.03.2025 г.

Ст. 21

Добавляется Государственная метрологическая служба.

7 . Государственная метрологическая служба осуществляет деятельность по мониторингу и прогнозированию потребностей граждан, общества и государства в измерениях и реализации промышленной политики в области разработки и производства эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, технических систем и устройств с измерительными функциями, а также по научно-методическому обеспечению метрологических служб и координации их деятельности."

Федеральный закон Об обеспечении единства измерений 1993 г.

Ст. 10

Государственная метрологическая служба.

1. Государственная метрологическая служба находится в ведении Госстандарта России и включает:
 - ▶ государственные научные метрологические центры;
 - ▶ органы Государственной метрологической службы на территории республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт - Петербурга.
2. Государственные научные метрологические центры несут ответственность за создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин, а также за разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений.
3. Органы Государственной метрологической службы осуществляют государственный метрологический контроль и надзор на территориях республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт - Петербурга.

1. Проект изменений к Постановлению Правительства РФ
№250

19.11.2024 закончилось общественное обсуждение

2. Проект изменений Приказа Минпромторга РФ от
31.07.2020 №2510

19.11.2024 г. закончилось общественное обсуждение
(проект находится на антикоррупционной экспертизе)

3. Проект изменений Приказа Минпромторга РФ №2906.

19.11.2024 г. закончилось общественное обсуждение.

4. Проект изменений Приказа Минпромторга РФ №2905

19.11.2024 г. закончилось общественное обсуждение.

Проект изменений Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510

► БЫЛО

п. 3 абзац 3:

Средства измерений до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке.

► СТАЛО

Средства измерений до ввода в эксплуатацию, подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта - периодической поверке³. Объем проводимой поверки определяется методикой поверки, установленной в соответствии с порядком установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ (далее - методика поверки). **Поверка после ремонта средств измерений, для которых методики поверки установлены до 1 марта 2025 года, проводится в объеме первичной поверки согласно методик поверки, если методиками поверки отдельно не предусмотрена поверка после ремонта.**

Проект изменений Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510

▶ БЫЛО

п. 6:

6. Средства измерений представляются на периодическую поверку по окончании межповерочного интервала.

Представление средств измерений на периодическую поверку до окончания установленного межповерочного интервала (далее - внеочередная поверка) осуществляется в случаях:

- ▶ отсутствия подтверждения результатов поверки средств измерений в соответствии с действующим на дату ее проведения нормативным правовым актом, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
- ▶ повреждения или отсутствия пломб, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам настройки (регулировки) и (или) элементам конструкции средств измерений.

▶ СТАЛО

Средства измерений представляются на периодическую поверку по окончании межповерочного интервала.

▶ Представление средств измерений на периодическую поверку до окончания установленного межповерочного интервала (далее - внеочередная поверка) осуществляется в случаях:

▶ отсутствия подтверждения результатов поверки средств измерений в соответствии с действующим на дату ее проведения нормативным правовым актом, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

▶ повреждения или отсутствия пломб, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам настройки (регулировки) и (или) элементам конструкции средств измерений;

- ▶ **после настройки (регулировки) средств измерений, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам настройки (регулировки) и (или) элементам конструкции средств измерений, а также после ремонта средств измерений, за исключением ремонта, связанного с заменой (ремонт) элементов конструкции средств измерений, не оказывающих влияние на метрологические характеристики средства измерений и не требующих вскрытия пломб, предотвращающих доступ к элементам конструкции средств измерений.**

Проект изменений Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510

► БЫЛО
п. 12:

Поверка должна проводиться:
- в местах осуществления деятельности аккредитованного на поверку лица (на объектах, в помещениях, зданиях, сооружениях, комплексах зданий и иных помещениях, расположенных по адресам, установленным при аккредитации на поверку, и принадлежащих на праве собственности, либо ином законном основании аккредитованному на поверку лицу),
- в местах осуществления временных работ (разовые работы, выполняемые на объектах, в помещениях, зданиях, сооружениях, комплексах зданий и иных помещениях, находящихся вне мест осуществления деятельности аккредитованного на поверку лица).

► СТАЛО

► дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае проведения поверки в местах осуществления временных работ допускается использование помещений, оборудования, не принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования аккредитованному на поверку юридическому лицу или аккредитованному на поверку индивидуальному предпринимателю, при условии документального подтверждения согласия правообладателя данных помещений, оборудования.»;

Проект изменений Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510

► БЫЛО

п. 18:

Периодическая поверка средств измерений, предназначенных для измерений нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но применяемых для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений (далее - поверка в сокращенном объеме), проводится в добровольном порядке для применяемых величин и (или) поддиапазонов измерений.

► СТАЛО

► дополнить словами следующего содержания:

«представляющих отдельные части диапазона измерений, выделенные конструктивно, либо имеющие одинаковые показатели точности на данной части диапазона измерений,»

Проект изменений Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510

► БЫЛО п. 20:

В целях предотвращения доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений в местах, предусмотренных их конструкцией, по завершении поверки аккредитованным на поверку лицом устанавливаются пломбы, содержащие изображение знака поверки.

► СТАЛО

В целях предотвращения доступа к узлам настройки (регулировки) средств измерений в местах, **предусмотренных их конструкцией**, по завершении поверки аккредитованным на поверку лицом устанавливаются пломбы, содержащие изображение знака поверки. Установка по результатам поверки пломб с изображением знака поверки, обеспечивающих защиту элементов конструкции средств измерений от несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений, **осуществляется только в случае повреждения или отсутствия пломб, установленных изготовителем средств измерений.**

Проект изменений Приказа Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510

► БЫЛО п. 21:

Сведения о результатах поверки средств измерений.... но не превышающие 20 рабочих дней (для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин) и 40 рабочих дней (для остальных средств измерений) с даты проведения поверки средств измерений.

► СТАЛО

не превышающие 10 рабочих дней (для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, и средств измерений, поверяемых в местах осуществления деятельности аккредитованного на поверку лица) и 30 рабочих дней (для остальных средств измерений)»

Приказ Минпромторга РФ от 28.08.2020 г. № 2906

ст. 26:

- ▶ а) наименование и обозначение средства измерений (указывается в соответствии с утвержденным типом средств измерений);
- ▶ б) обозначение модификации или исполнения средства измерений (при наличии модификации, исполнения для утвержденного типа средств измерений его описанием типа);
- ▶ в) регистрационный номер типа средства измерений в Фонде, к которому относится поверенное средство измерений (не указывается для случаев, предусмотренных порядком поверки);
- ▶ г) заводской (серийный) номер средства измерений или другое буквенно-цифровое обозначение, однозначно идентифицирующее средство измерений;
- ▶ д) состав средства измерений, подвергаемого поверке (для многоблочных, многоканальных средств измерений, включая их заводские, серийные номера или буквенно-цифровые обозначения блоков, однозначно идентифицирующие каждый автономный блок или измерительный канал средства измерений);

Приказ Минпромторга РФ от 28.08.2020 г. № 2906

ст. 26:

- ▶ е) условия проведения поверки (перечень факторов, влияющих на метрологические характеристики средства измерений, при которых выполнялась поверка согласно требованиям методики поверки, с указанием их значений (непубликуемые сведения);
- ▶ ж) сведения об эталонах, стандартных образцах, средствах измерений и материалах, применяемых в качестве эталонов в соответствии с Положением об эталонах при поверке. Для эталонов, утвержденных Росстандартом в соответствии с Положением об эталонах, приводятся регистрационные номера применяемых при поверке эталонов. Для стандартных образцов и средств измерений, применяемых в качестве эталонов в соответствии с Положением об эталонах, указываются наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или, при отсутствии заводских или серийных номеров, буквенно-цифровое обозначение средств измерений, номера экземпляров (партий) стандартных образцов, категория применения в качестве эталона согласно государственной поверочной схеме, локальной поверочной схеме или методике поверки. Дополнительно допускается указывать сведения о вспомогательных средствах измерений и материалах, применяемых при поверке;
- ▶ з) наименование и (или) обозначение документа или документов, на основании которых проводилась поверка;
- ▶ и) сведения об объеме проведенной поверки (при выполнении поверки в сокращенном объеме в соответствии с порядком поверки, признак поверки в сокращенном объеме и краткая характеристика объема поверки);

Приказ Минпромторга РФ от 28.08.2020 г. № 2906

ст. 26:

- ▶ к) дата поверки;
- ▶ л) срок действия поверки (указывается относительно даты поверки с учетом длительности установленного интервала между поверками, не указывается, если установлена только первичная поверка, **поверка по техническому состоянию или средство измерений признано непригодным к применению по результатам поверки**);
- ▶ м) заключение по результатам поверки ("годен" или "не годен");
- ▶ н) признак, указывающий, что поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины, с указанием отличительной характеристики эталона (только для средств измерений, результаты поверки которых оформлены, как для средств измерений, применяемых в качестве эталонов);
- ▶ о) признак, указывающий, что поверка средства измерений выполнена с использованием результатов калибровки (указывается только для средств измерений, поверка которых выполнена с использованием результатов калибровки) (непубликуемые сведения);

Приказ Минпромторга РФ от 28.08.2020 г. № 2906

ст. 26:

- ▶ п) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку средства измерений и условный шифр;
- ▶ р) сведения о поверител~~я~~**х**, выполнивш~~и~~**х** поверку средства измерений (фамилия, инициалы) (непубликуемые сведения);
- ▶ с) копии протоколов поверки **(при наличии требований о передаче сведений о протоколах поверки)**;
- ▶ т) сведения о владельце средства измерений (при наличии согласия владельца); (в ред. [Приказа](#) Минпромторга России от 13.01.2022 N 37)
- ▶ у) причины непригодности (указываются для средств измерений, в заключении по результатам поверки которых указано "не годен") (непубликуемые сведения);

Приказ Минпромторга РФ от 28.08.2020 г. № 2906

ст. 26:

- ▶ ф) признак, указывающий, что поверка выполнена для средства измерений на основании выборки (только для средств измерений, поверка которых выполнена на основании выборки);

- ~~▶ х) сведения о месте (адресе) установки средства измерений (только для приборов учета коммунальных ресурсов, при наличии данных сведений) (непубликуемые сведения);~~

- ▶ х) уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, присваиваемый аккредитованному лицу в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;

- ▶ ц) дополнительную информацию о результатах поверки (для случаев, предусмотренных порядком поверки).

Основные требования к заявителям и аккредитованным лицам для получения аккредитации (подтверждения компетентности, расширения области аккредитации)

1. Требования к персоналу;
2. Требования к оборудованию;
3. Требования к помещениям;
4. Требования к нормативной документации
5. Требования к наличию и соблюдению системы менеджмента качества

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.20204 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к персоналу ИЛ

п. 24.1, 24.2:

- Требования к образованию (высшего, среднего или переквалификация по профилю области аккредитации);
- Опыт работы (2 года или 1 год в зависимости от области аккредитации);
- Работа в составе только 1 лаборатории по трудовому договору.
- Закрытие половины области аккредитации
- Работа руководителя ИЛ и заместителя только по основному месту работы.

п. 24.3:

- Наличие навыков и профессиональных знаний

Требования к персоналу МС:

п. 41:

- Требования к образованию (высшее, среднее или переквалификация по профилю области аккредитации);
- Опыт работы (3 года или 1 год в зависимости от области аккредитации);
- Работа по трудовому договору или гражданско-правовому договору;
- Закрытие половины области аккредитации

п. 42:

- Наличие навыков и профессиональных знаний.

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.20204 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к персоналу ИЛ

п. 6.2.5 ГОСТ ISO/IEC17025-2019:

Лаборатория должна иметь процедуры и вести записи по:

с) подготовке персонала

Требования к персоналу МС:

п. 46.5:

Правила управления персоналом:

а) политику и процедуры выявления потребности в дополнительной профессиональной подготовке и обучении работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации и обеспечение прохождения ими такой подготовки;

в) систему контроля за деятельностью работников, выполняющих работы (оказывающих услуги) по обеспечению единства измерений в области аккредитации со стороны уполномоченных лиц;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к помещению ИЛ

п. 24.4:

Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений.

Помещения для проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям по производственной площади, характеру и объему выполняемых работ должны соответствовать требованиям документов по исследованиям (испытаниям) и измерениям, инструкциям по эксплуатации оборудования (при наличии таких требований).

Требования к персоналу МС:

п. 43:

Наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, помещений.

п. 44. Соответствие помещений для проведения поверки средств измерений, испытаний средств измерений и стандартных образцов в целях утверждения типа по производственной площади, характеру и объему выполняемых работ, а также требованиям документов на методы и средства поверки и испытаний.

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к оборудованию ИЛ

п. 24.4:

Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, оборудования

Требования к персоналу МС:

п. 43:

Наличие по месту осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, оборудования

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к помещению ИЛ

п. 24.5:

Наличие у лаборатории нормативных правовых актов, документов по стандартизации, правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных документов, указанных в области аккредитации в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение лабораторией требований данных документов.

Требования к персоналу МС:

п. 40:

Наличие нормативных правовых актов, документов по стандартизации, методик (методов) измерений и иных документов, устанавливающих требования к работам (услугам) по обеспечению единства измерений, в соответствии с областью аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц, а также соблюдение в процессе деятельности требований данных документов.

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.20204 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК ИЛ

п. 24.6:

Наличие в документе (документах) системы менеджмента качества лаборатории системы управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя:

а) правила резервного копирования и восстановления документов;

б) систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования, предусматривающие хранение на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью, по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации архива документов, в том числе документов, представленных в лабораторию заявителями для проведения исследований (испытаний) и измерений, в течение трех лет со дня выдачи соответствующего документа о результатах исследований (испытаний) и измерений, или принятия решений об отказе в его выдаче;

в) правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов.

Требования к документам и процессам СМК МС:

п. 46.7:

46.7. систему управления документацией (правил документооборота), которая должна включать в себя:

г) правила резервного копирования и восстановления документов (отчетов, технических записей, отчетов (протоколов) испытаний);

и) систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования;

к) правила систематизации и ведения архива документов, в том числе условия передачи документов в архив, условия выдачи документов из архива, сроки хранения в архиве документов (групп документов), правила регистрации документов, поступающих в архив, условия хранения документов;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК МС:

46.8. систему учета, правила приемки, хранения и возврата объектов, на которые распространяются работы в области аккредитации;

46.10. правила управления качеством результатов работ в области аккредитации, в том числе правила планирования, контроля и анализа результатов качества работ в области аккредитации;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК МС:

46.14. требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, привлекаемым в целях выполнения отдельных работ в области аккредитации, правила ведения записей для обеспечения пригодности используемых продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками, влияющих на деятельность в области аккредитации;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК МС:

- ▶ 46.15. правила ведения записей о состоянии оборудования, которое может повлиять на деятельность в области аккредитации. Записи должны включать следующее:
 - а) идентификацию оборудования, включая версию программного обеспечения, в том числе встроенного;
 - б) наименование изготовителя, идентификацию типа, серийный номер или другую уникальную идентификацию;
 - в) наличие сведений об утверждении типа средств измерений;
 - г) текущее местонахождение;
 - д) даты и результаты поверок (калибровок, аттестаций), регулировок и планируемую дату следующей поверки (калибровки, аттестации) или интервал, графики аттестации эталонов единиц;
 - е) план технического обслуживания и техническое обслуживание, выполненное к настоящему моменту времени, если это требуется для работы оборудования;
 - ж) подробную информацию о любых повреждениях, неисправностях, модификациях или ремонте оборудования.

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК МС:

- ▶ 46.16. правила использования стандартных образцов, предусматривающие:
 - а) наличие паспорта стандартного образца с инструкцией по применению, включающего установленные значения состава и (или) свойств с относящимися к ним погрешностями и (или) неопределенностями, прослеживаемости;
 - б) применение стандартного образца в рамках его срока годности;
 - в) применение стандартного образца, соответствующее его назначению (градуировка, контроль точности или другое), указанному в паспорте стандартного образца;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК МС:

- ▶ 46.17. правила по безопасному обращению, транспортированию, хранению, использованию и плановому обслуживанию эталонов единиц величин, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования с целью обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи, предусматривающие в том числе:
 - а) идентификацию статуса аттестации оборудования (дата, срок действия);
 - б) наличие эксплуатационной документации на использованное оборудование;
 - в) наличие свидетельств об аттестации эталонов единиц величин, сведений о поверке средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и (или) сертификатов калибровки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК МС:

- ▶ 46.18. правила обеспечения и контроля надлежащих внешних условий для осуществления деятельности в помещении (температура, влажность воздуха, освещенность, уровень шума и иные внешние условия), оказывающие влияние на качество результатов работ в области аккредитации, включающие:
 - а) сведения о конкретных показателях внешних условий, в том числе допустимых отклонениях от них, а также технических требованиях к помещениям;
 - б) правила периодического документирования и контроля показателей, характеризующих состояние внешних условий, в том числе правила предотвращения влияния внешних условий, не соответствующих установленным требованиям, на результаты конкретных работ в области обеспечения единства измерений, проводимых структурным подразделением, осуществляющим деятельность в области аккредитации;
 - г)* правила проведения работ на объектах, находящихся вне зоны постоянного управления;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК МС:

- ▶ 46.19. правила приобретения и проверки реактивов и иных расходных материалов на соответствие установленным требованиям, а также наличие документации на реактивы и иные расходные материалы;

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.20204 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к документам и процессам СМК МС:

52. Разработанный заявителем или аккредитованным лицом, выполняющим работы по поверке средств измерений, документ по системе менеджмента качества также должен предусматривать:

- ▶ 52.1. требования к оформлению результатов поверки средств измерений, в том числе требования к учету и хранению поверительных клейм (при их использовании);
- ▶ 52.2. наличие методик поверки средств измерений в соответствии с областью аккредитации;
- ▶ 52.3. правила передачи сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
- ▶ 52.4. наличие правил применения изображения знака национальной системы аккредитации.

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к персоналу ИЛ

Отказ или приостановка по требованиям персонала:

абзацам первому - шестому подпункта 24.1, абзацам первому и второму подпункта 24.2, подпунктам 24.3

Отказ или приостановка по требованиям к помещению:

абзацам первому - четвертому и шестому подпункта 24.4 пункта 24

Требования к персоналу МС:

Отказ или приостановка по требованиям персонала:

абзацам первому - четвертому пункта 41, пунктам 41(1) и 42

Отказ или приостановка по требованиям к помещению:

абзацам первому - третьему пункта 43 и пункту 44 Критериев аккредитации

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.2020 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к персоналу ИЛ

Отказ или приостановка по требованиям к оборудованию

абзацам первому - четвертому и шестому подпункта 24.4 пункта 24

Отказ или приостановка по требованиям к нормативной документации:

Несоблюдение требований в процессе выполнения работ подпунктам 23.1, 23.2 и 23.4 пункта 23, и наличие нормативных документов подпункту 24.5 пункта 24

Требования к персоналу МС:

Отказ или приостановка по требованиям к оборудованию:

абзацам первому - третьему пункта 43 и пункту 44 Критериев аккредитации

Отказ или приостановка по требованиям к нормативной документации:

пункту 40 Критериев аккредитации

Приказ Минэкономразвития РФ от 17.10.20204 г. №649 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации и Перечня несоответствий аккредитованного лица ..., влекущих за собой приостановление действия аккредитации»

Требования к персоналу ИЛ

Отказ или приостановка по требованиям к документам и процессам СМК:

НЕСОБЛЮДЕНИЕ :

п. 24.6 критериев аккредитации;

подпункта 6.2.3 пункта 6.2, пункта 6.3, подпунктов 6.4.1-6.4.7, 6.4.9, 6.4.11-6.4.13 пункта 6.4 и пункта 6.5 раздела 6, подпунктов 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.5-7.2.1.7, 7.2.2 пункта 7.2 и пунктов 7.3-7.7 раздела 7, подпункта 8.4.2 пункта 8.4 раздела 8 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Требования к персоналу МС:

Отказ или приостановка по требованиям к документам и процессам СМК

НЕСОБЛЮДЕНИЕ :

п. 46.7 критериев аккредитации

подпунктам 46.8, 46.10 и 46.14-46.19 пункта 46, пунктам 48, 50-53, подпунктам "б" - "д" и "ж" пункта 55 Критериев аккредитации